



# BREITLÄNDER

Eichproben + Labormaterial GmbH

Hans-Sachs-Str. 12, D-59077 HAMM, Germany  
Tel (0)2381/404000, Fax -/403189, e-mail:mail@breitlander.com

## Technisches Merkblatt - Spezifikation

### SPECTAB 20

#### Mahl- und Presshilfsmittel für die Aufmahlung und Pelletierung von RFA- Presstabletten

##### **Eigenschaften**

verbessert die Mahlbarkeit, reduziert Anbackungen im Mahlgefäß und verfestigt die Presstablette

##### **Verpackungseinheit**

BR SPECTAB20/1 - 1kg, ca. 3000 Tabletten zu 0.333g, auch kleinere Mengen lieferbar  
BR SPECTAB20/5 – 5kg, ca. 15000 Table zu 0.333g

##### **Zusammensetzung**

Multielementmischung, leichte Elemente, Zellulosebasis  
O 50%, C 43% + H 7%

##### **Mögliche Gefahren**

keine besonderen Gesundheitsgefahren bekannt, kein Gefahrgut nach Transportvorschrift

##### **Spurenanalyse - Maximalwerte**

Al, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Ti + V <10 µg/g  
Si <50 µg/g  
Chargenwerte normalerweise deutlich unterhalb der Spezifikation

##### **Lagerstabilität**

Bei trockener Lagertemperatur <40°C Haltbarkeit 5 Jahr

